

RODILLA REVISIÓN GAMBLER

Sistema de Rodilla Anatómica
Modular Abisagrada



Patología que resuelven

Diseñada para ofrecer estabilidad y corregir deformidades en varo-valgo en cirugías de revisión de rodilla. Aporta una solución modular y abisagrada para casos complejos.



Características técnicas

Corrección de varo-valgo: Utiliza un sistema abisagrado que permite una corrección precisa.

Vástagos e insertos tibiales intercambiables: Disponibles en varias medidas para adaptarse a diferentes anatomías y necesidades clínicas.

Combinaciones personalizables: Ofrece ajustes de +1-1 para una personalización óptima en la alineación y funcionalidad.

Centralizador distal: Presente en ambos vástagos para asegurar una fijación estable.

Cono Morse: Proporciona una conexión firme y segura entre los componentes.



Compatibilidad

No se combina con otros reemplazos articulares de la cartera de productos



Materiales

Inserto Tibial: UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular).

Componente Femoral - Componente Tibial: Aleación de cromo-cobalto-molibdeno (CR-CO-MO).

Vástagos: Aleación de titanio.

Componente Femoral Metálico

	Medidas	ML* x AP* mm
Orientación Izquierdo Derecho	2#	52 x 56
	4#	57 x 61
	6#	62 x 66
	8#	66 x 71
	10#	71 x 76

Tibial Plástico

	Medidas	Espesor - c -
2#	9	9 x 80
	11	9 x 100
	13	9 x 120
	9	10 x 80
	11	10 x 100

Vástago

	Medidas
4#	13
	9
	11
	13
	9

	Medidas
6#	13
	9
	11
	13
	9

	Medidas
8#	13
	9
	11
	13
	9

	Medidas
10#	13
	9
	11
	13
	9

Tibial Metálico

	Medidas	ML* x AP* mm
2#		52 X 56
4#		57 X 61
6#		62 X 66
8#		66,5 X 71
10#		71 X 76

Componente
Femoral MetálicoTibial
MetálicoTibial
Plástico

Vástagos

